

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.44/18-12-2025 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης 483**Περίληψη**

Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών προμήθειας εξοπλισμού δημοτικών πολυιατρείων

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 18 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.35506/12-12-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Ευστράτιου Κοντού, Δημάρχου Ξάνθης, και να ληφθεί σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, καθώς και την αριθμ.303/30971/02.04.2024 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Ευστράτιος Κοντός (Πρόεδρος) | 5. Κυριάκος Παπαδόπουλος |
| 2. Χαράλαμπος Ευστρατίου | 6. Ιωάννης Πεπονίδης |
| 3. Θωμάς Ηλιάδης | 7. Εμμανουήλ Φανουράκης |
| 4. Σιαμπάν Μπαντάκ | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Ιωάννης Ζερενίδης | 3. Εμμανουήλ Τσέπελης |
| 2. Σουά Μπεκήρ Ογλού | |
| (ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα προσκλήθηκε) | |

Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Ιωάννης Ζερενίδης ενημέρωσε εγκαίρως τον Πρόεδρο για την απουσία του και στη θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος Θωμάς Ηλιάδης

Ο Πρόεδρος Ευστράτιος Κοντός, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, και αφού εισηγήθηκε το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ.πρωτ.35386/12-12-2025 εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη : -Την με αρ. πρωτ. 35385/12.12.2025 αναφορά του Τμήματος Κοιν. Πρόνοιας & Κοιν. Πολιτικής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, -Την τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας του θέματος, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία. -Τις διατάξεις του Νόμου 4412/16, όπως ισχύει σήμερα. -Τα δικαιολογητικά/ έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης της πρότασης,

Εισηγούμαι στη Δημοτική Επιτροπή: α)την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού δύο (2) Δημοτικών Πολυιατρείων στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΜ.Θ., ταμείου ΕΤΠΑ, δράσεων RSO5.1.γ-Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Ξάνθης, όπως συνημμένα υποβάλλονται»

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Δημοτικής Επιτροπής.

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, για την προμήθεια εξοπλισμού δύο (2) Δημοτικών Πολυιατρείων στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΜ.Θ., ταμείου ΕΤΠΑ, δράσεων RSO5.1.γ-Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Ξάνθης, όπως ακριβώς επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης εισήγησης.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος
Ευστράτιος Κοντός
(υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 19-12-2025
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πολυετής κρίση έχει οδηγήσει σε όξυνση των κοινωνικών/οικονομικών προβλημάτων στην Ξάνθη και ο κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού και ενίσχυσης ανισοτήτων εντείνεται για μεγάλο μέρος των κατοίκων της (φτωχοποιημένα κοινωνικά στρώματα, κοινωνικο-επαγγελματικές κατηγορίες χαμηλού εισοδηματικού επιπέδου, άνεργοι, ανασφάλιστοι, κ.ά.). Προς αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων ο Δήμος προχωρά στη λειτουργία δύο (2) Δημοτικών Πολυϊατρείων στα οποία θα παρέχονται υπηρεσίες από δεκαοκτώ (18) ιατρικές ειδικότητες, με στόχο την κάλυψη αναγκών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ευάλωτες και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες του τοπικού πληθυσμού. Για τη λειτουργία τους απαιτείται η προμήθεια του απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού, προκειμένου:

- να εξασφαλιστεί η διαγνωστική και εξεταστική ικανότητα για όλες τις συμμετέχουσες ιατρικές ειδικότητες,
- να παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, μειώνοντας το υγειονομικό και οικονομικό βάρος σε άτομα χωρίς πρόσβαση σε άλλες δομές υγείας,
- να ενισχυθεί η δημόσια υγεία, με έμφαση στην πρόληψη, στον προληπτικό έλεγχο και στην παρακολούθηση χρονίων νοσημάτων,
- να προσαρμοστούν οι δημοτικές υπηρεσίες στις σύγχρονες απαιτήσεις ηλεκτρονικής υγείας, μέσω ηλεκτρονικών φακέλων και ψηφιακών διαγνωστικών συστημάτων.

Η παρούσα προμήθεια διενεργείται σύμφωνα με:

- Τις διατάξεις Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 για τις οικονομικές επιτροπές των ΟΤΑ.
- Την υπ' αριθ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (Β' 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν.4601/2019» (Α'44)
- Την εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω και υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες

ΟΜΑΔΑ Α – ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρικό οφθαλμοσκόπιο

Κασέτινα δοκιμαστικών φακών

Δοκιμαστικός σκελετός ενηλίκων-ανηλίκων

Αυτόμετρο / Διαθλασίμετρο / Κερατόμετρο

Σχισημοειδής λυχνία με σύστημα απεικόνισης

ΟΜΑΔΑ Β – ΩΡΛ / ΑΚΟΥΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σετ ωτοσκόπιο – οφθαλμοσκόπιο

Ακουογράφος – τυμπανόγραφος

Φαρυγγοσκόπιο

ΟΜΑΔΑ Γ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Γυναικολογική πολυθρόνα

Στατώ ορού

Καρδιογράφος 12 απαγωγών

Πιεσόμετρα

Οξύμετρα

Σπιρόμετρο

Εξεταστικό κρεβάτι

Κρεβάτι φυσικοθεραπείας

Σκαμπώ τροχήλατο

Σφυρί εξέτασης (νευρολογικό)

Θερμόμετρα ανέπαφα

Προβολείς εξέτασης

Φορητός υπέρηχος

Στηθοσκόπιο

Ζυγαριές δαπέδου υψηλής ακρίβειας

Φορητά αναστηνόμετρα

Διαφανοσκόπιο

Προσφορές υποβάλλονται για μία μόνο ομάδα ή και περισσότερες ομάδες, αλλά για όλα τα είδη της ομάδας, όπως αναλυτικά περιγράφονται.

Βάσει της εκτιμώμενης αξίας, η ανάθεση αφορά ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων και η διενέργεια του θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ου συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα.

Όλα τα είδη της προμήθειας θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από:

-Πιστοποίηση CE βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745,

-Εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά

-Η παράδοση των υλικών θα γίνεται εντός των εργασίμων ωρών του Δήμου, σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος στον προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1	ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΡΕΒΒΑΤΙ	1	TMX
2	ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ	1	TMX
3	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ	1	TMX
4	ΣΚΑΜΠΩ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ	2	TMX
5	ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ	2	TMX
6	ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ	2	TMX
7	ΣΕΤ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ	2	TMX
8	ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ	1	TMX
9	ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ	2	TMX
10	ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ	4	TMX
11	ΟΞΥΜΕΤΡΑ	4	TMX
12	ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ	1	TMX
13	ΕΞΤΑΣΤΙΚΟ ΣΦΥΡΙ	1	TMX
14	ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ	2	TMX
15	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ	1	TMX
16	ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ	1	TMX
17	ΑΥΤΟΜΕΤΡΟ/ΔΙΑΘΛΑΣΗΜΕΤΡΟ/ΚΕΡΑΤΟΜΕΤΡΟ	1	TMX
18	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	1	TMX
19	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ	1	TMX
20	ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΗΣ ΛΥΧΝΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ	1	TMX
21	ΑΚΟΥΟΓΡΑΦΟΣ-ΤΥΜΠΑΝΟΓΡΑΦΟΣ	1	TMX
22	ΦΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ	1	TMX
23	ΚΡΕΒΒΑΤΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	1	TMX
24	ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΣΤΗΝΟΜΕΤΡΟ	2	TMX
25	ΖΥΓΑΡΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ	2	TMX
26	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΑΝΕΠΑΦΑ	2	TMX

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 1.Εξεταστικό κρεβάτι :Μεταλλικός σκελετός με επικάλυψη ηλεκτροστατικής βαφής, επένδυση με αφρώδες υλικό και δερματίνη. Ρυθμιζόμενη πλάτη χειροκίνητα, αντοχή ≥ 150 kg.
2. Γυναικολογική πολυθρόνα:Ηλεκτροκίνητη ή υδραυλική ρύθμιση ύψους/κλίσης, με στηρίγματα ποδιών και ανατομική ταπετσαρία. Δυνατότητα προσαρμογής θέσης Trendelenburg.
3. Προβολέας εξέτασης: LED φωτισμός υψηλής έντασης (≥ 30.000 lux), εύκαμπτος βραχίονας και τροχήλατη βάση. Χαμηλή κατανάλωση και ρυθμιζόμενη θερμοκρασία χρώματος.
4. Σκαμπό τροχήλατο:Ύψος ρυθμιζόμενο με αμορτισέρ, κάθισμα PU/δερματίνη, τροχοί υψηλής αντοχής. Μεταλλική ή χρωμιωμένη βάση 5 ακτινών.
5. Στατώ ορού:Τηλεσκοπικό, ρυθμιζόμενο ύψος, 4–5 άγκιστρα ορού, βάση 5 τροχών με αντλιοσθητικά. Μεταλλική κατασκευή INOX ή βαμμένη.

6. Υπέρηχος φορητός: Φορητό σύστημα B-mode με έγχρωμη οθόνη $\geq 12''$. Δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών κεφαλών (π.χ. convex/linear, διακολική), κατάλληλος για γενική κλινική χρήση.
 7. Σετ Ωτοσκόπιο – Οφθαλμοσκόπιο: Σετ χειρός με λαβή επαναφορτιζόμενη, φωτισμός LED υψηλής ευκρίνειας, περιλαμβάνει χοάνες ωτοσκοπίου. Βαλίτσα μεταφοράς.
 8. Διαφανοσκόπιο: Πίνακας ανάγνωσης ακτινογραφιών LED, ομοιόμορφος φωτισμός, επιτοίχια στήριξη. Επιφάνεια ≥ 1 ταινίας ακτινογραφίας.
 9. Καρδιογράφος: Ψηφιακός 6–12 καναλιών, με αυτόματη ερμηνεία και οθόνη LCD. Θύρα USB/SD για αποθήκευση, τυπικός θερμικός εκτυπωτής.
 10. Πιεσόμετρα: Αυτόματα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα βραχίονα με οθόνη LCD. Μνήμη μετρήσεων και ανίχνευση αρρυθμίας.
 11. Οξύμετρα: Παλμικά οξύμετρα δακτύλου, οθόνη LED ή OLED, μέτρηση SpO₂ και σφυγμών. Κατάλληλα για ενήλικες.
 12. Σπιρόμετρα: Φορητό ηλεκτρονικό σπιρόμετρο, μετρήσεις FVC, FEV₁, PEF. Οθόνη LCD και δυνατότητα σύνδεσης με H/Y.
 13. Εξεταστικό σφυρί: Νευρολογικό σφυρί τύπου Taylor ή Babinski, μεταλλική λαβή, λαστιχένια κεφαλή. Κατάλληλο για νευρολογικές δοκιμές.
 14. Στηθοσκόπιο: Ακουστικό στηθοσκόπιο διπλής κεφαλής, εύκαμπτοι σωλήνες και ανατομικά ελικοειδή ελιές. Κατάλληλο για κλινική χρήση.
 15. Ηλεκτρικό οφθαλμοσκόπιο: Επαναφορτιζόμενο, φωτισμός LED, πολλαπλά διαφράγματα και ρυθμίσεις διοπτριών. Κατάλληλο για πλήρη οφθαλμολογική εξέταση.
 16. Κασετίνα δοκιμαστικών γυαλιών: Σετ με > 100 δοκιμαστικούς φακούς (+/- σφαίρες και κύλινδροι). Περιλαμβάνει βαλίτσα μεταφοράς και υποδοχή δοκιμαστικού σκελετού.
 17. Αυτόμετρο / Διαθλασίμετρο / Κερατόμετρο: Αυτόματο διαθλασίμετρο με μέτρηση σφαίρας/κύλινδρου/άξονα. Ενσωματωμένο κερατόμετρο, έγχρωμη οθόνη και εκτυπωτής.
 18. Δοκιμαστικός σκελετός ενηλίκων-ανηλίκων: Ρυθμιζόμενος δοκιμαστικός σκελετός για δοκιμή φακών, ρύθμιση PD, γωνίας και ύψους. Συμβατός με τους φακούς της κασετίνας.
 19. Δοκιμαστικός σκελετός ανηλίκων: Ρυθμιζόμενος δοκιμαστικός σκελετός για δοκιμή φακών, ρύθμιση PD, γωνίας και ύψους. Συμβατός με τους φακούς της κασετίνας.
 20. Σχιμοειδής λυχνία με σύστημα απεικόνισης: Διπλό μικροσκόπιο με μεγεθύνσεις 6–40x, LED φωτισμός και ψηφιακή κάμερα για καταγραφή εικόνων. Κατάλληλη για πλήρη πρόσθια βυθοσκόπηση.
 21. Ακουογράφος – Τυμπανογράφος: Διαγνωστικό σύστημα ακοολογικού ελέγχου με ακοομετρία αέρος/οστού και τυμπανομετρία. Έγχρωμη οθόνη και δυνατότητα αποθήκευσης.
 22. Φαρυγγοσκόπιο: Λαβή με φωτισμό LED και λεπίδες επαναχρησιμοποιούμενες ή μίας χρήσης. Χρησιμοποιείται για ενδοστοματική εξέταση.
 23. Κρεβάτι φυσικοθεραπείας: Πτυσσόμενο ή σταθερό, πολυτμηματικό, με ρυθμιζόμενο ύψος. Επένδυση υψηλής αντοχής και σκελετός βαρέως τύπου.
 24. Φορητό αναστηνόμετρο: Αναδιπλούμενο, ύψος μέτρησης 0–200 cm, με ευκρινή κλίμακα. Κατάλληλο για κινητές μονάδες/ιατρεία.
 25. Ζυγαριά δαπέδου: Ηλεκτρονική, βάρος έως ≥ 200 kg, αντιολισθητική επιφάνεια και ψηφιακή οθόνη LCD. Αυτόματη απενεργοποίηση.
 26. Θερμόμετρα ανέπαφα: Υπέρυθρα, μέτρηση σε 1–2 δευτερόλεπτα, ακρίβεια $\pm 0.2^\circ\text{C}$. Οθόνη LCD και ηχητική ειδοποίηση πυρετού.
- Όλα τα προσφερόμενα είδη που θα προμηθεύσουν οι ανάδοχοι πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Ο προμηθευτής υποχρεούνται να δώσουν οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους.
 - Σε περίπτωση βλάβης και ελέγχου να υπάρχει η δυνατότητα προσωρινής αντικατάστασης του από παρόμοιο μηχάνημα.
 - Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν τον κατά το δυνατόν μακρότερο χρόνο λήξεως, να είναι πρόσφατης παραγωγής, να έχουν ημερομηνία λήξης δύο (2) ετών τουλάχιστον, ή το μέγιστο που προβλέπεται από τον κατασκευαστή, και κατά την ημερομηνία παράδοσης τους να μην έχει παρέλθει το 1/3 τουλάχιστον της συνολικής διάρκειας ζωής τους.
 - Σε περίπτωση που παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος προ της λήξεως του, ενώ έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή συνθήκες συντηρήσεως του, υποχρεούται ο προμηθευτής στην αντικατάσταση της αλλοιωθείσας ποσότητας εντός προθεσμίας που θα του δοθεί.
 - Εκτός από τις παραπάνω υποχρεώσεις του, οι προμηθευτές θα είναι υποχρεωμένοι στην αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής ή αποθετικής ζημιάς που θα προέλθει από ελαττωματικά ή κατεστραμμένα τμήματα.
 - Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη σωστή μεταφορά-παράδοση των ειδών.